

Протокол №48

об итогах закупа способом запроса ценовых предложений медицинских изделий для ГКП на ПХВ «Жамбылская областная многопрофильная детская больница УЗАЖО»

г.Тараз

28 октябрь 2024 год, 10.30 часов местного времени

Комиссия в составе:

Председатель комиссии

Садыкова Г.А.

- Заместитель главного врача по контролю качества медицинских услуг
ГКП на ПХВ «Жамбылская областная многопрофильная детская больница
УЗАЖО»

Члены комиссии

Назарбекова Г.Б.

- Руководитель по сестринскому делу ГКП на ПХВ «Жамбылская областная
многопрофильная детская больница УЗАЖО»

Андабаева А.А.

- Провизор

Секретарь комиссии

Калмаханов С.Б.

- Бухгалтер по государственным закупкам

провели закуп следующих медицинских изделий для ГКП на ПХВ «Жамбылская областная многопрофильная
детская больница УЗАЖО»

№ п/п	Наименование МИ	Техническая характеристика	Ед. изм.	Кол- во	Цена за ед.	Сумма
1	Аудиологическое оборудование с тимпанометрией и аудиометром	Основные комплектующие: 1 Базовый блок с принтером Блок сочетает в себе большой 10,4-дюймовый сенсорный экран и удобный интерфейс для интуитивно понятного управления. Большой цветной дисплей позволяет пользователю легко изменять параметры с помощью нескольких касаний. Уникальная световой индикатор на плечевом зонде обеспечивает прохождение теста в режиме реального времени. Плечевой зонд можно легко прикрепить креплениями к верхней части одежды пациента для контролируемого управления. Кроме того, световые индикаторы показывают вам, какое ухо тестируется и результат теста. Устройство предоставляет комплексные стандартные протоколы для непосредственного проведения скрининговых и диагностических тестов: тимпанометрия с частотой 226 Гц, тимпанометрия с автоматическими акустическими рефлексам или на фиксированном уровне, тест распада акустического рефлекса и тестирование функции евстахиевой трубы (ETF). Дисплей 10,4 " графический светодиодный дисплей с резистивным сенсорным экраном. Интерфейс ПК USB. Зонд Легкий диагностический плечевой зонд со встроенной контрольной подсветкой и выключателем. Принтер Быстрый 4-дюймовый термопринтер. Источник питания Сеть от 100 до 240 В~ ± 10 %, 50-60 Гц ± 10 %. Размеры: 300 мм x 345 мм x 148 мм 11.81 д x 13.58 д x 5.83 д. Вес 3.2 кг / 7.1 фунтов. Языки Английский, Немецкий, Испанский, Французский, Польский, Турецкий, Русский, Китайский. Частота зонда: 226 Гц ± 1 %, 85 дBSPL ± 1,5 дБ 678 Гц ± 1%, 72 дBSPL ± 1,5 дБ. 226 Гц ± 1 %, 85 дBSPL ± 1,5 дБ. Высокая частота(опционально) 1 кГц ± 1%, 69 дBSPL ± 1,5 дБ. Диапазон давления - От 600 до + 400 daPa. Точность давления ± 5 % или ± 10 daPa. Диапазон объема 0,0-6,0 мл (компенсированный). Диапазон податливости 0,1-8,0 мл при 226 Гц. 0,1 до 15,0 mmho на 678, 800. и 1000 Гц. Точность объема: ± 5 % или 0,1 мл. Измерение времени тестирования 3-5 секунд.СТАНДАРТ • ANSI / AAMI ES/ IEC/ EN 60601-1, класс I, тип В • IEC 60645-5, Тип 2/ IECANSI S3. 39, Тип 2 • Класс IIa согласно директиве ЕС о медицинском оборудовании № 93/42/ЕЕС. АКУСТИЧЕСКИЕ РЕФЛЕКСЫ Частоты испытания 0,5, 1, 2, 4 кГц ± 1 % Шум при испытании ВВ, LP, НР Методы исследований-Ипсилатеральный, контралатеральный Ипсилатеральный 70 до 100 дБНЛ Контралатеральный 70 до 100 дБНЛ Настройка уровня Автоматический, фиксированный Ипсилатеральный рефлекс - тест с AGC. РАСПАД АКУСТИЧЕСКОГО РЕФЛЕКСА Стандарт Частота зонда 226 Гц. Частоты испытания 0,5, 1, 2, 4 кГц ± 1 %. Шум при испытании ВВ, LP, НР. Ипсилатеральный 70 до 100 дБНЛ. Контралатеральный 70 до 100 дБНЛ. ФУНКЦИЯ ЕВСТАХИЕВОЙ ТРУБЫ. Методы исследований Неперфорированный и перфорированный. Диапазон давления: - От 600 до + 400 daPa. 1 шт. Дополнительные комплектующие: 2 Подключение к ПК Полная поддержка базы данных • Интеграция EMR / EHR через XML, PDF и HL7 Простой и современный пользовательский интерфейс • Интуитивно понятная навигация на основе значков • Автоматическое определение устройства • Обучение не требуется • Настраиваемые отчеты • Экспорт в PDF или XML одним щелчком мыши 1 шт. 3 Ручка зонда Ручка зонда позволяет работать без помощи рук при выполнении диагностических измерений и является стандартным для данного устройства. Наличие разъема 3,5 мм для контралатерального наушника. Наличие встроенной контрольной подсветки и выключателя. 1 шт. 4 Наушники Приемник наушников: динамическая подвижная катушка, специально созданная для аудиометрии. Номинальное сопротивление: 10 Ом Частотная характеристика: 100 Гц - 8 кГц. Линейность: линейная до 500 мВт. Чувствительность: обычно 106,7 дБ SPL относительно. Выход 20 мкПа с входом 1 мВт, f = 1 кГц. Гармонические искажения: ниже 1% при 120 дБ SPL, f = кГц. Кабельный разъем: 2 клеммы с отверстиями 4 мм и 2-миллиметровый винт, Вес в сборе: 59 грамм (2 унции). Экологические условия: • Совместимость с RoHS • Без свинца и никеля • Биосовместимость. Оголовье: НВА, складное. Длина кабеля: 2 м. Тип штекера: 30°, 2х позолоченный моно джек 6,3 мм 1 шт. 5 Переключатель ответа пациента Кнопка ответа пациента сделана из пластика. Длина кабеля 2 м. 1 шт. 6 Костный проводник Общие импедансы: 10, 32, 50, 100, 300 Ом при 1 кГц (доступны специальные импедансы). Частотная характеристика: 250—4000 Гц. Максимальное входное напряжение: 20 дБ относительно 1,0 мВт. Биосовместимость: отсутствие биологических эффектов согласно ISO 10993-1: 2009. Вес: 24 г (0,846 унции). Разъем: 2-х контактный штекер с точкой фиксации безопасности 1 шт. 7 Блок питания 24В 60Вт Блок питания 24В 60Вт (зарядное устройство) 1 шт. 8 (штекер 6,3 мм) Наушники для проведения исследований с разъемом 6,3 мм. Для Contra. 1 шт. 9 Лицензии Автоматический тест по Hughson-Westlake. Параметры могут быть легко адаптированы к вашим личным предпочтениям. 1 шт. Принадлежности: 10 Комплект Коробка с ушными вкладышами для устройства (80 шт разных видов, разного размера), флаңцевые, грибовидный зонт с набором наконечников. 1 уп. Расходные материалы. 11 Рулоны термобумаги. Бумага для принтера этикеток (в упаковке 5 рулонов) длина: не более 25 мм 1 шт.	шт	1	6430000	6430000

12 Комплект зубной нити Комплект зубной нити для очистки зонда 1 уп. Требования к условиям эксплуатации При исследовании и оценки слуха пациента особое значение следует уделить акустическим свойствам помещения. В частности, необходимо учитывать влияние акустического фона. Появление шумовых помех может маскировать сигнал аудиометра, что скажется на достоверности получаемых данных. В помещениях, в которых производится исследование и оценка слуха, должен быть относительно постоянный уровень интенсивности окружающего шума, предпочтительно не выше 30 дБ. В крайних случаях допускается уровень шума до 40 дБ. Однако для полноценной реализации преимуществ аудиометрии, позволяющей получить данные высокой степени точности (до 1—5 дБ), необходимые условия могут быть созданы лишь в специальной звукоизолирующей камере (кабине). Интенсивность шума может быть измерена имеющимися в продаже приборами. Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) DDP: клиент. Срок поставки медицинской техники и место дислокации 90-120 календарных дней. Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: замену отработавших ресурс составных частей; замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.

1. Заявки следующих потенциальных поставщиков, представивших в установленные сроки:

№	Наименование потенциального поставщика	Адрес	Дата и время
1	ТОО «ОрдаМед Тараз»	г.Тараз, ул. Казыбек би, дом 142А	24.10.2024г. 12-15ч.

2. Комиссия по результатам оценки и сопоставления ценовых предложении **РЕШИЛА**:

- Признать ТОО «ОрдаМед Тараз» победителем по лоту №1 согласно абзаца 2 п.78 Главы 3 Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг»;
- Победителю согласно п. 80 Приказа представить заказчику в течение десяти календарных дней со дня признания победителем документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.
- Согласно абзаца 1 п. 81 Главы 3 Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 Заказчику ГКП на ПХВ «Жамбылская областная многопрофильная детская больница УЗАЖО» в течение 3 (трех) календарных дней заключить договор по закупке медицинских изделий для ГКП на ПХВ «Жамбылская областная многопрофильная детская больница УЗАЖО» на 2024 год.
- Информация о привлечении экспертной комиссии: нет.

Председатель комиссии
Садыкова Г.А.

Члены комиссии
Назарбекова Г.Б.

Андабаева А.А.

Секретарь комиссии

Калмаханов С.Б.